

АТЛАС ПО МИНИИМПЛАНТАМ

АКТИВНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗУБОВ

Продолжение. Начало в номерах 1-4, 2009; 1-3, 2010; 1, 4, 2011; 1, 2012

Автор: Dr. Christian M. Ludwig

Инtruзия чрезмерно прорезанных клыков

Рекомендуемая область установки (теоретически):

- мезиально от 23
- дистально от 23 (идеальное направление тяги)

Выбранная область установки:

мезиально от 23

Критерии выбора области установки:

наличие места

Установленный МИ-Tomas:

10 мм

Дополнительная аппаратура:

пружины натяжения rematitan LITE, брекеты Fascination 2, пластическая цепочка SUPER Elasto-Force REF 774-217-00

Применение:

используем направляющую каппу для контроля инtruзии

Пациент В. К., 44 года



Исходная ситуация



Ситуация через 3 мес.



Состояние через 5 мес.



Ситуация через 7 мес.