

АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФРОНТАЛЬНОГО ОТКРЫТОГО ПРИКУСА

Предлагаем Вашему вниманию рассмотреть этапы изготовления съемного ортодонтического аппарата для лечения пациентов с открытым прикусом. Данный аппарат представляет собой модификацию каппы Бынина и П-образное дуги.



Рис. 1. Модель челюсти



Рис. 2. Этапы изготовления проволочных элементов аппарата



Рис. 3. Этапы изготовления проволочных элементов аппарата




Рис. 4. Этапы изготовления проволочных элементов аппарата




Рис. 5. Этапы изготовления проволочных элементов аппарата




Рис. 6. Этапы изготовления проволочных элементов аппарата



Рис. 7. Готовые проволочные элементы



Рис. 8. Гидратация гипсовой модели



Рис. 9. Приготовление пластмассы




Рис. 10. Нанесение пластмассы



Рис. 11. Окончательное моделирование аппарата



Рис. 12. Полимеризация пластмассы



Рис. 13. Этапы обработки аппарата



Рис. 14. Этапы обработки аппарата



Рис. 15. Готовый ортодонтический аппарат



Рис. 16. Готовый ортодонтический аппарат



Рис. 17. Клинический пример использования аппарата у пациентки с открытым прикусом. Дополнительно в аппарат введен проволочный элемент для предотвращения проклевывания языка